

## Ficha Técnica



**235 – Medidor de vácuo****TPG 2000 – Tipo Pirani****Sensor, eletrônica e display integrados****Funcionamento a bateria para maior mobilidade****Entrada para adaptação de transformador****Ideal para:**

- Manutenção
- Testes de bombas
- Montagem de sistemas provisórios
- Instalação de Laboratório
- Alimentação de vácuo central
- Isolamento a vácuo
- Qualquer serviço de engenharia

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Faixa de pressão           | $10^{-3}$ – 100 mbar     |
| Borda de conexão           | DN 10 ISSO-KF            |
| Numeração de ordem         | BG D27 750               |
| TPG 200 com bateria        | B 6108 170 ZA            |
| Capa de couro com alça     |                          |
| Potência                   | E – Block, 6LRE, 6AM6    |
| Bateria 9 V                |                          |
| Consumo em                 |                          |
| • Modo contínuo            | 35 m A (315 mW)          |
| • Modo auto-off            | 50 $\mu$ A (450 $\mu$ W) |
| Entrada                    | para transformador       |
| Vida útil da bateria       | Normalmente 100 horas    |
| Display                    |                          |
| Operação                   | 0,001 – 100 mbar         |
| > 100 mbar                 | ou (acima da faixa)      |
| <M 0,001 mbar              | ou (abaixo da faixa)     |
| Faixa de temperatura       | 0 – +45 ° C              |
| Materiais expostos a Vácuo |                          |
| Filamento                  | Tungstênio               |
| Bordas                     | Aço inoxidável           |
| vedação                    | Viton                    |
| Peso (com bateria)         | 230 g                    |